

Reactivos de rango alto de fósforo total con reconocimiento de código de barras

HI94763B-50



Descripción

Los viales HI94763B-50 son reactivos predosificados que siguen una **adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20ª edición, 4500-PC, ácido vanadomolibdofosfórico** para la determinación de fósforo total de alto rango utilizando un fotómetro de sobremesa compatible.

- 50 viales de reactivos pre-dosificados para facilitar su uso
- Se entrega con certificado de calidad.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Adaptación del método Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20ª edición, 4500-PC, ácido vanadomolibdofosfórico

El reactivo de rango alto 0,0 a 32,6 mg/L, corresponde a la referencia: HI94763B-50

El reactivo de rango bajo 0,00 a 1,15 mg/L, corresponde a la referencia: HI94758C-50

Especificaciones

Cantidad	50 viales (49 tests)
----------	----------------------

Distancia	0.0 a 32.6 mg / L Fósforo
Resolución	0.1 mg / l
Exactitud	± 0.5 mg / L o $\pm 5\%$ de la lectura a 25 ° C, lo que sea mayor
Color de identificación del vial	verde
Aplicaciones	Ambiental, Industrial, Análisis de Aguas, Tratamiento de Aguas Residuales.
Método	Adaptación de los métodos estándar para el examen de agua y aguas residuales, 20ª edición, 4500-PC, método del ácido vanadomolibdofosfórico

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

El kit de reactivos contiene **50 viales listos para usar de HI94763B-0**, 1 frasco de solución de NaOH HI93758C-0, 1 frasco de reactivo de molibdovanadato HI93763B-0 y 50 paquetes de reactivo de persulfato de potasio. Estos reactivos de alta calidad **siguen una adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20ª edición, 4500-PC, método del ácido vanadomolibdofosfórico.**

Reactividad

En este método, una digestión con persulfato convierte las formas orgánicas y condensadas de fosfatos inorgánicos en ortofosfato. Luego, la reacción entre el ortofosfato y los reactivos provoca un tinte amarillo en la muestra. La cantidad de fósforo se mide colorimétricamente. La intensidad del color está determinada por un fotómetro compatible y la concentración se muestra en mg / L (ppm) de fósforo.

Procedimiento

El usuario simplemente necesita agregar una pequeña cantidad de la muestra, un paquete del reactivo de persulfato de potasio y calentar a 150 ° c durante 30 minutos, seguido de la adición de la solución de hidróxido de sodio y el

molibdovanadato para determinar la concentración. Con los viales predosificados, el tiempo de preparación de la prueba se reduce drásticamente y no hay un procedimiento de preparación de reactivos o de limpieza de material de vidrio que consuma mucho tiempo.

Características

Los viales y tapas de los reactivos han sido diseñados para evitar derrames accidentales de reactivos. Debido a los reactivos predosificados, la cantidad de productos químicos y el tiempo de uso también se minimizan.

Estos viales cuentan con el sistema de reconocimiento de códigos de barras de Hanna. El medidor escanea cada vial para identificar automáticamente el método y el rango de la muestra. El código de barras tiene cuatro dígitos: los primeros dos dígitos son para la identificación de parámetros y los dos segundos son para la identificación del lote de reactivos. Los viales para diferentes métodos se pueden distinguir por un código de barras impreso en el frasco y el color de la tapa.

Video

No Especifica