

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

El **HI 7014-11** se suministra con **HI 7014-11A** - cubeta estándar certificada para cloro libre - A (1), **HI 7014-11B** - cubeta estándar certificada para cloro libre - B (1), certificado de análisis e instrucciones de uso.

Ventajas

El **HI 7014-11** es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar el rendimiento del Checker[®] HC de Cloro Libre Línea Piscina **HI7014**. El **HI 7014-11** incluye una cubeta sellada para cero ppm de cloro libre y una cubeta con una muestra con una coloración equivalente a 1.00 +/- 0,05 ppm de cloro libre a 25 °C.



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product Name: CALIBRATION CHECKING SET FOR HI 711
 Product Code: HI 711
 Lot number: SC0372/14
 Expiration date: October 2017

Standard cuvette	Lot number	Standard Value @ 25°C (ppm)	Passed
A, HI 711-11	2038	1.00 ± 0.05	✓
B, HI 711-11	2039	1.00 ± 0.05	✓

Hanna Instruments certifies these standards meet the stated tolerance limits as indicated. These should be used for quality control to validate instrument function on the specified Hanna instrument only. Store standards in the storage box upright at room temperature. Do not use standard cuvettes.


Instructions for use:

1. Thoroughly wipe standard cuvette with HI731318 lint free cloth and only handle using top of cuvette. The cuvette wall must be dry and free of smudges.
2. At the C.1 prompt place A, HI 711-11 standard cuvette into the holder of the Checker and press operations button.
3. At the C.2 prompt place B, HI 711-11 standard cuvette into the holder and press the operations button.

Acceptable results must be between 0.95 and 1.05 ppm @ 25°C.

File number: CERT711-11_SC0372/14

QA manager: Bogdan Munteanu



-Valor estándar con una coloración equivalente a 1.00 +/- 0.05 ppm de cloro libre a 25 °C

-Reutilizable con una larga vida útil

-Suministrado con Certificado de Análisis:

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de vencimiento

Video

No Especifica